

## РЕЗУЛЬТАТЫ КАЛИБРОВКИ

### 1. Внешний осмотр

- 1.1. Исправность разъемов: **соответствует норме.**
- 1.2. Гальванические и лакокрасочные покрытия: **не повреждены.**
- 1.3. Коррозия, механические повреждения и другие дефекты, влияющие на эксплуатационные и метрологические характеристики: **не обнаружены.**
- 1.4. Маркировка согласно требованиям ЭД: **в наличии.**

### 2. Опробование

- 2.1. Антенна работоспособна.

### 3. Метрологические характеристики

- 3.1. КСВН входа антенны не превышает 3,0.
- 3.2. Значения коэффициентов усиления приведены в таблице:

Частота, ГГц	Коэффициент усиления, дБ
0,3	4,8
0,5	7,5
1,0	8,0
1,5	10,1
2,0	11,5
2,5	11,6
3,0	11,2
3,5	11,9
4,0	12,2
4,5	12,2
5,0	12,7
5,5	12,2
6,0	13,5

Пределы допускаемой погрешности коэффициентов усиления  $\pm 2,0$  дБ.