



ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МИНОБОРОНЫ РОССИИ

141006, Московская область, гор. Мытищи, ул. Комарова, д. 13
(регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310690)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ №24/15/2/355-2020

Действительно до
«2» июля 2022 г.

Средство измерений Комплект антенный измерительный АИК 1-40Б/01
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (регистрационный номер средства измерений, зарегистрированного в качестве эталона (при наличии))

рег. № 55403-13

заводской (серийный) номер 040320112,

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с Инструкция. Комплекты антенные измерительные

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

АИК 1-40Б. Методика поверки.

с применением эталонов: 3.1.VXH.0119.2019,

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

3.1.VXH.0078.2019

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: атм. давл. 746 мм.рт. ст.,

перечень влияющих факторов,

температура 21 °С, отн. влажность 53 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:



Врио начальника
управления

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Кокорев Андрей Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Радаева Татьяна Степановна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
«3» июля 2020 г.