

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ:

Метрологические характеристики антенны измерительной логопериодической Пб-122 соответствуют нормативно-технической документации.

Значения коэффициентов усиления и калибровки приведены в таблице:

Частота, ГГц	Коэффициент усиления, дБ	Коэффициент калибровки, дБ(м ⁻¹)
0,3	6,9	12,9
0,4	6,9	15,4
0,5	7,1	17,1
0,6	7,7	18,1
0,7	7,6	19,5
0,8	7,7	20,6
0,9	7,3	22,0
1,0	7,6	22,6
1,1	7,1	23,9
1,2	8,5	23,3
1,3	7,7	24,8
1,4	7,7	25,4
1,5	6,7	27,1
1,6	6,9	27,4
1,7	7,7	27,1
1,8	7,1	28,3
1,9	6,7	29,1
2,0	7,2	29,0
2,1	6,5	30,2
2,2	7,3	29,7
2,3	7,3	30,1
2,4	6,7	31,1
2,5	6,6	31,6
2,6	7,4	31,1
2,7	7,4	31,5
2,8	6,5	32,6
2,9	6,1	33,4
3,0	6,0	33,8

Пределы погрешности коэффициентов усиления и калибровки $\pm 2,0$ дБ.