



РОСТОВСКИЙ ЦСМ

Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")

Federal Budgetary Institution "State Regional Centre of Standardization,
Metrology and Testing in Rostov Region" (FBI "Rostov CSM")

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ № K08.800154.24
Calibration Certificate

Дата калибровки 13.12.2024 г.

Calibration date

Объект калибровки Антенна измерительная П6-118

Item calibrated

Заводской номер 1524149991189

Serial number

Заказчик АО «СКАРД-Электроникс», ИНН 4629049921

Customer

Место проведения калибровки ФБУ "Ростовский ЦСМ"

Calibration venue

Документ, в соответствии с которым проводилась калибровка

Document in compliance with which the calibration was made

МИ 1874-88 Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Антенны измерительные дипольные. Методика поверки

Калибровка выполнена с помощью

Calibration was made using

41397.09.2P.00158057 Установка поверочная средств измерений напряженности магнитного поля П1-22, № 02, 2 разряд; 49643.12.5P.00861489 Генератор сигналов произвольной формы НМФ2550, № 101565, 5P; 56478.14.4P.00840615 Частотомер электронно-счетный ЧЗ-85/5, №6B613049, 4P; Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-123, №31507, f: ПГ ± 1 %, ± 1,5 %. U: ПГ ± (2,17 - 4) %; Прибор комбинированный Testo 622, № 39508908/510. ПГ ± 0,4 °C, ПГ ± 3,0 %, ПГ ± 5 гПа

Условия калибровки

температура окружающей среды 23,6 °C, относительная влажность воздуха 50,2 %, атмосферное давление 102,3 кПа, напряжение питающей сети 220 В, частота питающей сети 50 Гц

Calibration conditions

Дата выдачи

13.12.2024 г.

Calibration date

Начальник отдела

Должность лица, утверждающего Сертификат о калибровке

Position of the person approving the calibration certificate



Николаенко Олег
Александрович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Full name

Результаты калибровки

Calibration results

Частота, кГц	Калибровочный коэффициент, Кк, дБ (1/м)
0,010	41,1
0,020	27,6
0,040	15,5
0,060	8,0
0,120	3,0
0,200	-3,2
0,500	-8,1
1,000	-14,7
2,000	-20,3
5,000	-26,4
10,000	-37,5
20,000	-41,7
50,000	-41,9
100,000	-40,9
200,000	-42,3
500,000	-40,6

Зам. начальника отдела

Должность лица, выполнившего калибровку
Position of the person who made the calibration



подпись
Signature

Крамарева Александра
Александровна

фамилия, имя и отчество (при наличии)
Full name

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения ФБУ «Ростовский ЦСМ».
This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication or extracts from the calibration certificate require a written approval of FBI «Rostov CSM».

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173
Тел/tel. (863) 200-61-61, e-mail: info@rostesm.ru, http://www.rostesm.ru
58/173, Sokolova Av., Rostov-on-Don, 344000 Russia,